

Pregão Eletrônico

982095.10462022 .2306 .4851 .155300250



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 01046/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 01 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 054/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 01046/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Sistema de registro de preço para eventual aquisição de eletroencefalógrafo, conforme termo de referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Eletroencefalógrafo**Descrição Complementar:** Eletroencefalógrafo Modelo: Digital C/ Tela Lcd , Tipo: Amplificador P/ Registro De 32 A 256 Canais , Componentes: Unidades Pc E Isolação , Tipo Medição: Software Grava, Reproduz E Analisa Dados , Outros Componentes: Caixa Junção De Eletrodos C/ Conectores Múltiplos**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 26.235,7800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ACS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico**Item: 1 - Eletroencefalógrafo**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.737.428/0001-14	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Marca: NEUROTEC Fabricante: NEUROTEC Modelo / Versão: EQSA260 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROENCEFALOGRAFO, DIGITAL, PARA USO EM NEONATOLOGIA, COM TECNOLOGIA DE AMPLITUDE INTEGRADA (aEEG), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: MÍNIMO DE 21 CANAIS PARA REGISTO DE EEG SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 1 Uv; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 16 bits; AMOSTRAGEM DE NO MÍNIMO 512 HZ; DE SER DOTADO DE FILTROS NOTCH, FILTRO PASSA BAIXA E PASSA ALTA; DEVE POSSUIR TESTE DE IMPEDANCIA DOS ELETRODOS; DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE CALIBRAÇÃO DOS CANAIS DE EEG; DEVE PERMITIR CONTROLE DA AMPLITUDE DO SIGNAL. SOFTWARE PARA MONITARAÇÃO E REGISTRO DE EEG DIGITAL, REGISTRO DE PACIENTES, EMISSÃO DE LAUDOS, INSPEÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS E BACKUP DE DADOS, BASEADOS EM PLATAFORMA WINDOWS; PERMITIR GRAVAÇÃO CONTÍNUA SEM PERDA DE INFORMAÇÃO. ACESSÓRIO INCLUSO - KIT DE ELETRODOS PARA REGISTRO DE EEG EM QUANTIDADE COMPÁTIVEL COM O EQUIPAMENTO; UNIDADE DE GEL CONDUTOR. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	31/08/2022 15:01:49
31.865.659/0001-34	ACS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Marca: NEUROVIRTUAL Fabricante: NEUROVIRTUAL (MF EQUIPAMENTOS) Modelo / Versão: BWMINI BASICS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROENCEFALOGRAFO BWMINI BASICS - RMS 80193710012 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	01/09/2022 06:53:28
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Marca: MEDSUPPLY Fabricante: MEDSUPPLY Modelo / Versão: VERTEX SC823 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características técnicas do Eletroencefalógrafo VERTEX SC823: Com 25 canais programáveis, sendo 02 canais de referência, 01 canal interno para o foto/áudioestimulador alimentado pela USB2, 01 canal terra e o restante para eletroencefalografia ou para outros parâmetros dependendo da configuração/programação com ECG, EMG, OCG... Resolução AD 16 Bits com 512 Amostras/segundo por canal e calibração eletrônica incorporada. Comunicação com PC via USB2 sem alimentação na rede elétrica, BI-volt automático sem chaveamento. Peso 600 gramas, garantia de 12 meses de fábrica com laudo de calibração. O VERTEX SC823 é um eletroencefalógrafo digital totalmente portátil e formatado para uso em plataformas de Telemedicina, indicado para uso em (indicado para usos variados em Centros de Pesquisa, Centros de diagnósticos, Hospitais, UTI em situações controladas, Clínicas de Neurologia, Psiquiatria, Medicina Ocupacional...) para observação e diagnóstico das condições neurológicas e exames de rotina de eletroencefalografia com mapeamento cerebral. A alimentação e comunicação diretamente pela USB2 do computador, não é necessário uso da fonte para alimentar o cabeçal (dispensável), o equipamento não tem ligação com rede elétrica, facilitando o uso em ambientes críticos como CTI. Software Winmap para Análise e Interpretação de Resultados - Plataforma Windows, 7, 8 e 10, software turbo C++ para Windows, sem restrição para número de instalações ou chaveamento. Software é intuitivo com função didática para EEG automatizado que facilita o uso para o técnico iniciante. Multiusuário Inserção de dados cadastrais dos pacientes com biometria/foto/imagem, emissão de relatórios, Captação, revisão, reprodução e adição de montagens dos exames, gravação contínua sem perda de informação, traçado de EEG e (FFT)-mapeamento cerebral em tempo real, recurso importante na dosagem de drogas, mapa de amplitude, mapa topográfico pontual, medição de amplitude e latência, amplitude em referência as bandas de EEG, mapa representativo de amostras promediada; filtros de passa baixa e passa alta, configuráveis que permitem eliminar, visualizar ou passar somente às frequências do intervalo selecionado, eliminando todas as outras e, filtro notch de 60Hz. Todos os reportes são exportáveis, permite inúmeras modificações para a análise de traçados de eletroencefalografia, histogramas, representação gráfica por barras por bandas por frequência, medição de potência e tensão (diferença de potencial), monitor de estado de eletrodos acionado por software (Impedâncímetro), chave de seleção de eletrodo individual para selecionar eletrodos específicos, permite personalizar legendas, selecionar um ou grupo de canais através de montagens, mapas de frequências, tabelas e bandas, histogramas, paletas de cores e configuração de cabeçais, transformada rápida de Fourier para Eletroencefalografia, permite a gravação dos exames (traçados, dados do paciente, etc.) em HD, CD, DVD e a junção de dois arquivos de um mesmo paciente. O software será instalado em	Sim	Sim	1	R\$ 26.235,0000	R\$ 26.235,0000	31/08/2022 16:45:17

conjunto de informática compatível com o sistema de eletroencefalografia e entregue em CD e poderá ser atualizado pelo fabricante, mediante modificações no equipamento ou modificação do sistema operacional Windows. Através da atualização do software, é possível realizar um upgrade e transformar em uma versão mais completa, como por exemplo: Com vídeo eeg, 40 canais ou somente Polissonógrafa/polissonografia. *O exame gravado gera um arquivo que pode ser enviado email/internet, pode ser salvo em nuvem, pasta de rede, cd, pendrive... -> NÃO ACOMPANHA NOTEBOOK/COMPUTADOR E RACK <- Acessórios que acompanham o equipamento de Eletroencefalografia: - Cabeça/equipamento; -Foto/áudio digital com pedestal; -Software para EEG automatizado na tela, EEG contínuo/longa duração, Mapeamento Cerebral (FFT), Software para Vídeo-eeg; -Bolsa de transporte; -Conjuntos com 25 eletrodos - 0,50 mm; -Conjunto de cabos e conectores para funcionamento do equipamento; -1 Pote de creme adesivo e condutivo Disk-Fix; -1 Pedestal de chão para o equipamento; - 1 Suporte traseiro removível que permite fixar na parede o equipamento; -1 Suporte para pendurar o equipamento; -1 Manual de Instruções do equipamento impresso.

Porte da empresa: ME/EPP

08.477.694/0001-64 CELERA TECNOLOGIA EM Sim Sim 1 R\$ 35.000,0000 R\$ 35.000,0000 29/08/2022 16:44:19

Marca: ICelera

Fabricante: ICelera

Modelo / Versão: iBlue 52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROENCEFALÓGRAFO portátil, para realização de exames de EEG de rotina em consultório e leito; equipamento modular composto por unidade de aquisição e unidade de trabalho (computador); Equipamento para utilização clínica na medição, captação, gravação digital do sinal eletroencefalográfico e outros parâmetros; Impressão em forma gráfica e registro dos sinais fisiológicos do cérebro; Registro que pode representar a presença de qualquer tipo de distúrbio convulsivo, confusão, que possa ser causado por traumatismo craniano, doenças degenerativas e distúrbios metabólicos que afetem o cérebro; Podendo ser utilizado em UTI e no auxílio do diagnóstico de morte encefálica pelo protocolo específico da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica; Modelo: Transportável/portátil; Gabinete blindado para uso em UTI de plástico; com 52 canais programáveis sendo: 30 canais monopolares para EEG (26 de EEG + 02 auriculares + 02 referência) 06 canais auxiliares para + EEG, EMG e EOG, 07 canais bipolares DC, 03 canais para ECG com 06 derivações, 01 canal do foto-estimulador (interno) foto-estimulador Intermitente até 60Hz; ;01 canal do áudioestimulador canais opto acopláveis configuráveis para registro simultâneo de parâmetros de EMG, ECG e EOG; Nº de traçados visualizáveis, com tecnologia de amplitude integrada (aEEG), mínimo: 1 a 52- conversor A/D 16 bitz Alimentação: AC 127/220 automática. equipamento de utilização clínica, eletrônico, transportável, para medição, amplificação, gravação digital, impressão em forma gráfica e registro dos sinais fisiológicos do cérebro, entre eles, diagnóstico de presença de qualquer tipo de distúrbio convulsivo, confusão, traumatismo craniano, tumores cerebrais, infecções, doenças degenerativas e distúrbios metabólicos que afetem o cérebro. eletroencefalógrafo digital com mapeamento cerebral, no mínimo 25 canais, programáveis, baixo consumo e nível de ruído, canais opto acoplados, para registro simultâneo de EEG e da monitorização de EMG, ECG, EOG e movimentos respiratórios, com impressão de traçados computadorizados, utilização de EEG de rotina, adequado para análise matemática e estatística do eletroencefalograma Características técnicas dotado de filtros notch, filtro passa baixa e passa alta; possui teste de impedância dos eletrodos; possui função de calibração dos canais de eeg; permite controle da amplitude do sinal. software para monitoração e registro de eeg digital, registro de pacientes, emissão de laudos, inspeção de sinais biológicos e backup de dados, baseados em plataforma windows; permitir gravação contínua sem perda de informação. Realiza todos os seguintes exames de forma completa: Eletroencefalograma - EEG; Eletroencefalograma - EEG em UTI; Eletroencefalograma - EEG com mapeamento cerebral; Eletroencefalograma - EEG para morte encefálica; Eletroencefalograma - Vídeo-EEG; Eletrocardiograma - ECG com no mínimo uma derivação; Poligrafia neonatal

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.000,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:00:12:233
R\$ 26.235,0000	18.258.209/0001-15	01/09/2022 09:00:12:233
R\$ 26.000,0000	31.865.659/0001-34	01/09/2022 09:00:12:233
R\$ 26.000,0000	17.737.428/0001-14	01/09/2022 09:00:12:233
R\$ 25.995,0000	18.258.209/0001-15	01/09/2022 09:05:01:013
R\$ 25.900,0000	17.737.428/0001-14	01/09/2022 09:05:58:183
R\$ 25.990,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:06:16:990
R\$ 25.890,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:06:27:253
R\$ 25.700,0000	17.737.428/0001-14	01/09/2022 09:06:52:423
R\$ 25.000,0000	31.865.659/0001-34	01/09/2022 09:07:02:950
R\$ 24.900,0000	17.737.428/0001-14	01/09/2022 09:07:15:183
R\$ 24.890,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:07:29:297
R\$ 24.000,0000	31.865.659/0001-34	01/09/2022 09:08:08:367
R\$ 23.990,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:08:17:520
R\$ 23.800,0000	17.737.428/0001-14	01/09/2022 09:08:23:330
R\$ 23.700,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:08:36:367
R\$ 23.500,0000	17.737.428/0001-14	01/09/2022 09:09:49:997
R\$ 23.490,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:10:00:387
R\$ 23.000,0000	17.737.428/0001-14	01/09/2022 09:10:04:933
R\$ 22.990,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:10:29:407
R\$ 22.500,0000	17.737.428/0001-14	01/09/2022 09:10:34:790
R\$ 22.490,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:11:47:407
R\$ 22.000,0000	31.865.659/0001-34	01/09/2022 09:12:13:513
R\$ 21.990,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:12:30:200
R\$ 21.800,0000	17.737.428/0001-14	01/09/2022 09:12:38:173
R\$ 21.790,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:12:49:530
R\$ 21.000,0000	31.865.659/0001-34	01/09/2022 09:12:54:717
R\$ 20.995,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:14:13:260
R\$ 20.000,0000	31.865.659/0001-34	01/09/2022 09:14:51:213
R\$ 19.990,0000	08.477.694/0001-64	01/09/2022 09:15:58:300
R\$ 19.000,0000	31.865.659/0001-34	01/09/2022 09:16:15:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/09/2022 09:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2022 09:18:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/09/2022 09:18:16	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	01/09/2022 10:24:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.659/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000.

Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2022 10:28:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.659/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2022 10:40:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.659/0001-34.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 10:47:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 31.865.659/0001-34
Registro de intenção de recurso	01/09/2022 11:00:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 08477694000164. Motivo: Bom dia , no descritivo pelo órgão , pede claramente o Sistema aEEG e claramente está na proposta do participante porém eles não tem essa funcionalidade que é de suma import
Aceite de intenção de recurso	01/09/2022 12:21:06	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08477694000164. Motivo: Para apreciação da solicitação e sanar quaisquer duvidas referente a especificação do objeto a ser adquirido acolho a intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.477.694/0001-64	01/09/2022 11:00	01/09/2022 12:21	Aceito
Motivo Intenção: Bom dia , no descritivo pelo órgão , pede claramente o Sistema aEEG e claramente está na proposta do participante porém eles não tem essa funcionalidade que é de suma importância e influência diretamente no equipamento e no valor ofertado! O MODELO: BWMINI BASICS não atende ao edital. Por tanto peço desclassificação por este motivo!			
Motivo Aceite ou Recusa: Para apreciação da solicitação e sanar quaisquer duvidas referente a especificação do objeto a ser adquirido acolho a intenção de recurso.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	01/09/2022 09:00:12	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2022 09:00:13	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2022 09:00:13	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2022 09:18:16	O item 1 está encerrado.
Sistema	01/09/2022 09:18:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/09/2022 09:22:46	Senhores fornecedores estamos dando inicio a analise de propostas, permaneçam conectados.
Sistema	01/09/2022 10:28:23	Senhor fornecedor ACS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.659/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	01/09/2022 10:40:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 31.865.659/0001-34, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	01/09/2022 10:47:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/09/2022 10:51:37	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/09/2022 às 11:18:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	29/08/2022 08:52:44	
Abertura da sessão pública	01/09/2022 09:00:12	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	01/09/2022 09:18:21	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/09/2022 10:47:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/09/2022 10:51:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/09/2022 às 11:18:00.

Data limite para registro de recurso: 06/09/2022.
 Data limite para registro de contrarrazão: 12/09/2022.
 Data limite para registro de decisão: 19/09/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:31 horas do dia 01 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
 Pregoeiro Oficial

LUANA RACKEL BATISTA MARTINS
 Equipe de Apoio

KEZIA MARIA CAVALCANTE MORATO
 Equipe de Apoio

 **Imprimir o Relatório**

Voltar



A large handwritten signature and the initials "L. K." are present in the bottom right corner of the page.